

**TABELA DE TÉCNICA RADIOGRÁFICA ODONTOLÓGICA**

<u>REGIÃO</u>	<u>ÂNGULO (º)</u>	<u>TEMPO</u>
<b>MAXILAR</b>		
Incisivo	+40	0,3 – 0,4
Canino	+45	0,3 – 0,4
Pré-Molar	+30	0,4 – 0,5
Molar	+20	0,5 – 0,6
<b>MANDÍBULA</b>		
Incisivo	-15	0,3 – 0,4
Canino	-20	0,3 – 0,4
Pré-Molar	-10	0,4 – 0,5
Molar	-5	0,4 – 0,5
<b>BITEWING</b>		
Anterior	+8	0,3 – 0,4
Posterior	+8	0,3 – 0,4
<b>OCLUSAL</b>		
Maxilar Superior	+60	0,5 – 0,6
Maxilar Inferior	-70	0,4 – 0,5

**PROCEDIMENTOS PARA REVELAÇÃO COM REAGENTES QUÍMICOS RECENTES  
TEMPERATURA AMBIENTE X FILME NO REAGENTE**

Temperatura Revelação (ºC)	18 - 20	21 - 22	23 - 25	26 - 28	29 - 31
Tempo Revelação (min)	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0

RADIOPROTEÇÃO